HOLOGIC®

ThinPrep® para recogida de muestras de citología anal

Guía de referencia rápida



1. **Recoja** una muestra adecuada con un bastoncillo de Dacron®* humedecido o un cepillo citológico[1] mediante técnicas de recogida publicadas.[2]

2. **Enjuague** el bastoncillo/cepillo tan rápidamente como le sea posible en solución PreservCyt® girando el dispositivo en la solución diez veces y oprimiéndolo al mismo tiempo contra la pared del vial de PreservCyt. Gire vigorosamente el dispositivo para liberar más material. Elimine el dispositivo.

3. **Apriete** el tapón de modo que la línea de torsión del mismo sobrepase la línea de torsión del vial.

4. **Anote** el nombre y el número de identificación de la paciente en el vial.

5. **Anote** la información y el historial médico de la paciente en el formulario de solicitud de citología.

6. **Coloque** el vial y la solicitud en una bolsa para muestras para su transporte al laboratorio.

1 Darragh, TM, Birdsong, GG, Anal Rectal Cytology, The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology, 2004, 2nd Edition, 169-175
2 Bean, SM, Chhieng, DC, Anal-Rectal Cytology: A Review. Diagnostic Cytopathology 2009; Vol 38 No 7, 538-546
*Dacron® es una marca registrada de Invista

Hologic proporciona la guía de referencia rápida ("guía") de ThinPrep para la recogida de muestras de citología anal solo como herramienta de información general, no como instrucción afirmativa o garantía. Aunque la información proporcionada en esta guía puede describir una técnica o un protocolo en particular, no está prevista como aprobación o requisito por parte de Hologic para utilizar esa técnica o protocolo. El laboratorio es el único responsable de determinar qué técnica o protocolo específico utilizar. Los laboratorios que utilicen productos ThinPrep o PreservCyt deben leer y comprender las instrucciones de uso de cada producto y cumplir las normativas locales, estatales y federales pertinentes.

Procesamiento de la muestra



1. **Deje reposar la muestra en la solución PreservCyt®** al menos 15 minutos después de la recogida.

2. **Agite suavemente el vial de PreservCyt con la muestra** para mezclar el contenido.



3. **Ponga en funcionamiento el procesador ThinPrep® 2000 con la secuencia 2 o el procesador ThinPrep 5000 con la secuencia No ginec.**
   Fije, tiña y evalúe.

   Consulte el Manual del usuario del procesador ThinPrep si desea obtener más información sobre el instrumento y la preparación de muestras.

Carcinoma escamoso 40X





HSIL 60X

LSIL 40X



Negativo 20X

Soluciones de diagnóstico | hologic.com | spainportugal@hologic.com | +34 900 994 197

Para solicitar asistencia técnica +1.800.442.9892 - Opción 6.

MISC-02101-301 Rev. 003 © 2015 Hologic, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Hologic, PreservCyt, ThinPrep y los logotipos asociados son marcas comerciales o registradas de Hologic, Inc. o sus subsidiarias en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivas compañías. Esta información está destinada a profesionales médicos en EE. UU. y otros mercados y no está prevista como solicitud o promoción de productos en los mercados en los que estén prohibidas ese tipo de actividades. Debido a que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, emisiones electrónicas y ferias comerciales, no siempre es posible controlar dónde aparecen estos materiales. Si desea información sobre qué productos están disponibles para la venta en un país determinado, póngase en contacto con su representante de Hologic o escriba a **diagnostic.solutions@hologic.com.**